

МНОГОРАЗОВЫЙ ТЕРМОРЕГИСТРАТОР T70/T71



ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА



! ПРИМЕЧАНИЕ: КОД АКТИВАЦИИ НАХОДИТСЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

ИНСТРУКЦИЯ

! **ВНИМАНИЕ!**
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ УСТРОЙСТВА ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЕГО И УСТАНОВИТЕ НАСТРОЙКИ НА САЙТЕ CLOUD.TERMOKONT.RU
СМ. ИНСТРУКЦИЮ ИНСТРУКЦИЮ НА САЙТЕ WWW.TERMOKONT.RU
«РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ НА CLOUD.TERMOKONT.RU»

1. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА


Для запуска устройства нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/СТОП** до тех пор, ПОКА НА УСТРОЙСТВЕ НЕ ПОЯВИТСЯ ЗНАК «REC», ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО УСТРОЙСТВО ЗАПИСЫВАЕТ ДАННЫЕ.

! ЕСЛИ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, ТО ВМЕСТО КОЛИЧЕСТВА ЗАПИСАННЫХ ДАННЫХ БУДЕТ ОТОБРАЖЕН ЗНАК «S»



2. ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- 1 Остановить устройство можно тремя способами:
Длительным нажатием на кнопку **СТАРТ/СТОП** прозвучит звуковой сигнал и исчезнет знак «REC».
- 2 Подключить устройство с помощью кабеля идущего в комплекте (или аналогичного) к usb-компьютера или зарядному устройству.
Устройство остановится автоматически в момент подключения.
- 3 На сайте **CLOUD.TERMOKONT.RU**, выбрав устройство по его ID и нажав кнопку «завершить»*.



ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭТОМ СПОСОБЕ ОСТАНОВКИ, УСТРОЙСТВО БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНО В БЛИЖАЙШИЙ ИНТЕРВАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ СВЯЗИ.



ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ФАКТОР СРАБАТЫВАНИЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕЖИМОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ УСТРОЙСТВО ПЕРВЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЕГО ИЗ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ.

3. ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА

Для получения PDF-отчета с остановленного устройства подключите его к usb разьему компьютера или скачайте с сайта **CLOUD.TERMOKONT.RU** в разделе «**ОТЧЕТЫ**», найдя устройство по его ID. Посмотреть зарегистрированные данные без остановки устройства можно на сайте **CLOUD.TERMOKONT.RU** в разделе «устройства».

4. ПРОВЕРКА

Если в процессе мониторинга зафиксировано нарушение температурного режима, то устройство будет подавать звуковой и световой сигнал, а также на дисплее будет отображаться знак .

5. ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ «РЕЖИМА ПОЛЕТА»



При включенном «**РЕЖИМЕ ПОЛЕТА**» устройство прекращает передавать данные, но продолжает регистрировать данные. При выходе из «**РЕЖИМА ПОЛЕТА**» устройство отправит все зарегистрированные данные, и они будут доступны на сайте **CLOUD.TERMOKONT.RU**.

Устройство может быть переведено в «**РЕЖИМ ПОЛЕТА**» двумя способами:

- 1 Вручную, путем нажатия и удержания кнопки «**M**» в течение 5 секунд. Устройство перейдет в «**РЕЖИМ ПОЛЕТА**» на 24 часа и выйдет из него автоматически. Для вывода устройства из «**РЕЖИМА ПОЛЕТА**» вручную, снова нажмите и удерживайте кнопку «**M**» в течение 5 секунд.
- 2 Устройство может быть переведено в «**РЕЖИМ ПОЛЕТА**» в автоматическом режиме, при прохождении контрольной точки.
СМ. ИНСТРУКЦИЮ «РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ НА CLOUD.TERMOKONT.RU»

6. ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки встроенного аккумулятора устройства необходимо подключить его с помощью кабеля, идущего в комплекте (или аналогичного) к usb-компьютера или адаптеру питания с выходным напряжением 5V и силой тока не более 1,5A.



**ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЗАПУЩЕННОГО (ЗАПИСЫВАЮЩЕГО) УСТРОЙСТВА ПРОИЗОЙДЕТ ЕГО ОСТАНОВКА И БУДЕТ СФОРМИРОВАН PDF-ОТЧЕТ!**