

# СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Производитель

**ООО «Термоконт-МК»**

142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Проектируемый проезд №251 (Северная промзона пр), владение 1, офис 112.

телефон +7 (495) 120-00-50

заявляет, что изделие

***Термоиндикатор пороговый для контроля температурного режима хранения и транспортирования донорской крови, лекарственных средств, вакцин ТИ-2 «Т-конт МК»***

Серийный выпуск

с указанными серийными номерами:

TZ2003100001-TZ2003102000

соответствуют опубликованным спецификациям точности, а именно:

не более  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  в диапазоне минус  $10^{\circ}\text{C}$  ~  $+45^{\circ}\text{C}$

не более  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$  в остальных диапазонах

Каждый термоиндикатор калибруется, используя следующую методику:

а) калибровка термоиндикатора производится в соответствии с утвержденной технической документацией производителя. Результирующая таблица параметров калибровки хранится как в энергонезависимой памяти термоиндикатора, так и в файле компьютера производителя. Тестирующая аппаратура поверяется и калибруется в соответствии с указанными в ее документации требованиями.

б) датчики температуры, используемые в термоиндикаторах тестируются поставщиком и производителем как для удовлетворения требуемой точности, так и для повышения точности выше номинальной.

**Данный сертификат выдается: ООО «Термоконт-МК»**

**Дата: 13 мая 2020 года**

Подпись: